

双通道离子色谱仪

DUAL-CHANNEL ION CHROMATOGRAPH



构成部件

测控软件	1套	阴离子自再生抑制器	1套
双柱塞恒流泵,配有脱气	3套	阳离子自再生抑制器	1套
洗淋液装置配超纯水瓶	2套	电动六通阀	2套
过滤头	2套	电源线	1套
脱气装置	2套	阴离子标准溶液	1套
电导检测器	2套	阳离子标准溶液	1套
阴离子分离柱	1套	电脑	1套
阳离子分离柱	1套	打印机	1套

技术参数

测量对象	锂、钠、钾、铷、铯、氯、溴、碘、碳酸根、硝酸根、硫酸根 碳酸根需明确浓度范围		
最大耐压(MPa)	42	洗淋电流精度(mA)	0.1
流量范围(mL/min)	0.1-10	抑制电流范围(mA)	0-100
流量准确性(%)	<0.1	抑制电流精度(mA)	0.1
流量稳定性(%)	<0.1	线性度	≥0.99
压力显示精度(MPa)	0.1	外形尺寸(mm)	<560x470x650
压力波动(%)	<0.1	重量(kg)	80
恒温范围(°C)	10-70	功率(W)	<300
控温精度(°C)	±0.5	测量范围	根据需求
基线噪声(μS)	<0.005	测量精度	根据需求
洗淋电流范围(mA)	0-100		

北京鉴知技术有限公司

鉴知技术是一家以光谱检测技术为核心的专业公司，核心技术源自清华大学，申请专利超过200件，参与多项国内外标准的制定。

010-5083 7191

www.jinsp-tech.com

北京市海淀区清华同方科技广场D座

